

Правила приема СИ в поверку

В соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 20.11.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» средства измерений должны предоставляться на поверку:

- ✓ **очищенными** от загрязнений и консервационных смазок;
- ✓ **с эксплуатационными документами**, установленными при утверждении типа средств измерений и входящими в комплект средства измерений*;
- ✓ с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений)*;
- ✓ **со свидетельством** о последней поверке;
- ✓ **с дополнительными устройствами**, входящими в комплект средства измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методикой поверки.

При наличии у поверочной лаборатории эксплуатационной документации на поверяемое средство измерений, а также методики поверки или методики поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений представление эксплуатационного документа и (или) методики поверки вместе со средством измерений на поверку является необязательным.

** по согласованию с поверочной лабораторией*

Средства измерений, представляемые на поверку, должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на средства измерений или, при невозможности нанесения на средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр средства измерений.

В случае отсутствия на представляемых средствах измерений заводских (серийных) номеров или других буквенно-цифровых обозначений, ООО «ЭЛТА плюс» по согласованию с Заказчиком может нанести на СИ буквенно-цифровое обозначение, на упаковку и (или) на эксплуатационную документацию на СИ в зависимости от наличия возможности нанести его непосредственно на СИ.

Средства измерения, эксплуатируемые в агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку обеззараженными (нейтрализованными, дезактивированными) с документами, подтверждающими выполнение мероприятий по обеззараживанию (нейтрализации, дезактивации).

До начала выполнения работ предоставить следующую информацию в виде письма-заявки на выполнение работ (оказание услуг) по поверке средств измерений:

- ✓ о владельце СИ с указанием наименования организации с указанием формы собственности (для юридического лица) или ФИО(для индивидуального предпринимателя). **
 - ** в случае отсутствия в заявке сведений о владельце СИ, владельцем СИ указывается лицо, предоставившее СИ в поверку.
- ✓ о необходимости оформления свидетельства о поверке или извещения о непригодности на бумажном носителе, и (или) нанесения знака поверки в паспорт (формуляр) и (или) на СИ.

Оформление результатов поверки

Результаты поверки СИ оформляются в соответствии с действующими нормативными документами в области обеспечения единства измерений.

С 24 сентября 2020 г. в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/>).

По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку:

- ✓ и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений или извещение о непригодности к применению средства измерений;
- ✓ и (или)на средство измерений наносится знак поверки;
- ✓ и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.